



ПАСПОРТ № 164
от «22» августа 2019 года

Предприятие изготовитель: ООО «МедиКрафт»
Наименование изделия: Гель для ультразвуковых исследований «Акугель»
высокой вязкости
Партия №: 040819В
Дата изготовления: август 2019 года
Количество: 3070 кг

Показатели качества

№	Показатель	Технические требования	Результаты испытания
1	Внешний вид	Однородная вязкая жидкость без механических примесей, без запаха или со слабым специфическим запахом. Допускается наличие пузырьков воздуха в геле	Соответствует
2	Показатель pH	ТУ 9398-001-66242897-2010	Соответствует
3	Вязкость	ТУ 9398-001-66242897-2010	Соответствует
4	Упаковка	ТУ 9398-001-66242897-2010	Соответствует
5	Маркировка	ТУ 9398-001-66242897-2010	Соответствует
6	Масса нетто	ТУ 9398-001-66242897-2010	Соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Изделие соответствует требованиям ТУ 9398-001-66242897-2010

Гарантийный срок годности геля 3 года с даты производства.

Гель должен храниться в сухом, отапливаемом помещении, защищенном от попадания прямого солнечного света, при температуре от +5 до +40°C на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов. Температура транспортировки от -50 до +50°C.

Начальник ОТК



/Сериков Р.Н./