



## ПАСПОРТ № 163

от «20» августа 2019 года

Предприятие изготовитель: ООО «МедиКрафт»  
Наименование изделия: жидкость электродная контактная с высокой электропроводностью «АКУГЕЛЬ-СПРЕЙ» для ЭКГ, дефибрилляции, электромиостимуляции, маммосканирования, при использовании метода измерения электросопротивления тканей, других электрофизиологических исследований, а также при проведении процедур аппаратной косметологии.  
Партия №: 020819Ж  
Дата изготовления: август 2019 года  
Количество: 40 кг

### Показатели качества

№	Показатель	Технические требования	Результаты испытания
1	Внешний вид	однородная жидкость голубого цвета, без механических примесей, без запаха или со слабым специфическим запахом	Соответствует
2	Показатель pH	ТУ 9398-005-66242897-2015	Соответствует
3	Удельная электрическая проводимость, См/м	ТУ 9398-005-66242897-2015	Соответствует
4	Упаковка	ТУ 9398-005-66242897-2015	Соответствует
5	Маркировка	ТУ 9398-005-66242897-2015	Соответствует
6	Масса нетто	ТУ 9398-005-66242897-2015	Соответствует

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Изделие соответствует требованиям ТУ 9398-005-66242897-2015

Гарантийный срок годности 3 года со дня изготовления.

Жидкость должен храниться в сухом, отапливаемом помещении, защищенном от попадания прямого солнечного света, при температуре от +5 до +40°C на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Температура транспортирования от -50 до +50°C.

Начальник ОТК

/Сериков Р.Н./